

Số: 153/BVĐH
V/v: mời chào giá hóa chất – sinh phẩm
xét nghiệm năm 2023

Đồng Hới, ngày 26 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm hóa chất – sinh phẩm xét nghiệm năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ds Hoàng Văn Quý – Khoa Dược- VTTBYT
SĐT: 0973.756.125
Email: bvdkdonghoi@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 178 Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Nhận qua Email: bvdkdonghoi@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 26/10/2023 đến trước 17h00 ngày 05/11/2023
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/11/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục: (Có phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: Không áp dụng.
 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
 - Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng.
 - Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Bệnh viện. Bệnh viện sẽ thanh toán khi nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán.

4. Các thông tin khác: Báo giá là căn cứ để Bệnh viện lựa chọn nhà thầu cung ứng Hóa chất xét nghiệm.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- Sở Y tế (Website)
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Bs Nguyễn Đình Dương

PHỤ LỤC
 (kèm theo *thư mời bảo giá* số *1553* /BVĐH ngày *26* tháng 10 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Quy cách	Hãng, Nước SX	Số lượng dự kiến
1	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B	HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma)	Xét nghiệm nhanh phát hiện Định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương của người . HBsAg One Step Hepatitis B Surface Antigen Test Device (Serum/Plasma) được so sánh xét nghiệm HBsAg EIA, tỷ lệ kết quả phù hợp là 98,3% - Độ nhạy tương quan : 100% (98,0%-100%) - Độ đặc hiệu tương quan : 96,8% (92,6%-98,9%) - Độ chính xác : 98,3% (96,2%-99,4%) - Ngưỡng phát hiện 1 ng/mL - Đọc kết quả sau 15 phút - Quy cách: Hộp/40 test , dạng cassette - Giấy phép lưu hành BYT phân loại D - Đạt chứng nhận ISO	Test	Hộp/40 test	Abon Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd (ABBOTT) - Trung Quốc	1.160
2	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2	HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma)	Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 và/hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Test thử HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) so sánh xét nghiệm HIV EIA thương mại hàng đầu. Tỷ lệ kết quả phù hợp là 99,8% - Độ nhạy tương quan : 99,9% (99,3%-100%) - Độ đặc hiệu tương quan : 99,6% (99,1%-99,9%) - Độ chính xác tương quan : 99,8% (99,4%-99,9%) - Đọc kết quả sau 15 phút - Quy cách: Hộp/40 test , dạng cassette - Giấy phép lưu hành BYT phân loại D - Đạt chứng nhận ISO	Test	Hộp/40 test	Abon Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd (ABBOTT) - Trung Quốc	1.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Quy cách	Hãng, Nước SX	Số lượng dự kiến
3	Test nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1	Dengue NS1 Antigen Test Card	- Thanh thử sử dụng mẫu xét nghiệm là mẫu huyết thanh/huyết tương người theo nguyên lý sắc ký miễn dịch pha rắn để phát hiện định tính kháng nguyên virus Dengue NS1. Thanh màng được phủ trước kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1 trên vùng vạch thử (T), và kháng thể dê kháng IgG chuột được phủ trước trên vùng vạch chứng (C). - Cộng hợp vàng: Cộng hợp vàng - kháng thể đơn dòng Dengue NS1 $0.28 \pm 0.05 \mu\text{g}$; Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng chuột $0.75 \pm 0.1 \mu\text{g}$; Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1 $0.75 \pm 0.1 \mu\text{g}$. - Độ nhạy: 99,9%. Độ đặc hiệu: 97,7%. Độ chính xác: 99,7%. - Đạt tiêu chuẩn ISO	Test	Hộp 25 test	Reckon Diagnostics Pvt Ltd - Ấn Độ	1.725
4	Test nhanh chất gây nghiện 4 chỉ số (MOP/AMP/MET/THC)	Multi-Drug 4 Drugs Rapid Test panel with/without Adulteration (MOP/AMP/MET/THC)	- Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: Morphine: 300 ng/ml; AMP: 500 ng/ml; MET: 500 ng/ml; THC: 50 ng/ml. - Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%. - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Quy cách: hộp 25 test.	Test	Hộp 25 test	Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd - Trung Quốc	1.650
Tổng cộng gồm : 04 khoản							