

Số: 1964 /BVĐH

Đồng Hới, ngày 27 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua bổ sung Hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh quý IV năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đồng Hới- tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ nội dung báo giá:

Dược sỹ: Hoàng Văn Quý, Phó khoa Dược – VTTBYT; số điện thoại: 0973.756.125.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đồng Hới – Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT	R1: 2x66ml R2: 2x16ml	Phương pháp: xét nghiệm màu bằng enzym Phạm vi đo: 0.3 - 1300 U/l Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.1: 100 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Hộp	1
2	Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST)	R1: 6x66ml R2: 6x16ml	Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 1000 U/L Giới hạn phát hiện: 1.5 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8: 100 mmol/l L-Aspartate: 200 mmol/l; MDH ≥ 1 KU/l; LDH ≥ 2 KU/l R2: NADH ≥ 1.5 mmol/l; 2-Oxoglutarate: 12 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Hộp	2

3	Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT)	R1: 6x66ml R2: 6x16ml	Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 1.7 - 900 U/L Giới hạn phát hiện: 4 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.4: 100 mmol/l; L-Alanine 500 mmol/l; LDH 1200 U/l R2: NADH2: 0.18 mmol/l; 2-Oxoglutarate: 15 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Hộp	2
4	Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol	R1: 3x50ml R2: 2x25ml	Phương pháp: Trực tiếp Phạm vi đo: 0.4 - 697mg/dL Độ nhạy xét nghiệm là 0.03 mmol/L Thành phần chính: R1: Good's buffer, pH 7.1:50 mmol/l; Cholesterol oxidase: 500 U/l; Cholesterol esterase: 600 U/l; Catalase: 600 KU/l; Ascorbate oxidase: 3 KU/l; TOOS: 2 mmol/l R2: Peroxidase: 4 KU/l; 4-Aminoantipyrine:4 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Hộp	3
5	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải	10x5ml	Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Hộp	1
6	Thuốc thử ly giải hồng cầu đo 2 thành phần bạch cầu EO, BASO trong máu	500ml	Thành phần chính: Detergent < 0.5%; Buffer < 0.6%; Preservative < 0.7% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Chai	12
7	Thuốc thử ly giải hồng cầu đo các thành phần huyết học trong máu	500ml	Thành phần chính: Detergent < 4.0%; Buffer < 1.0% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Chai	15
8	Huyết thanh định nhóm máu D/Rh	Lọ 10ml	Dùng để phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người	Spectrum Diagnostics/ Ai Cập	Lọ	2
9	Huyết thanh định nhóm máu AB	Lọ 10ml	Được sử dụng để định nhóm máu AB trong mẫu máu	Spectrum Diagnostics/ Ai Cập	Lọ	2

10	Phin lọc	Cái	Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Cái	2
11	Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá Monarch 400	Cái	Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Tuổi thọ: 3000 giờ Điều chỉnh độ sáng: Có Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	mti-diagnostics GmbH/ Đức	Cái	2

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- HTM đầu thầu quốc gia
- Lưu VT, KD

GIÁM ĐỐC



Bs. Nguyễn Đình Dương

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1964/BVĐH ngày 27 tháng 10 năm 2025)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:

TT	Tên hàng hóa mời chào giá	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật chào giá	Hãng - Nước SX	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Model sản phẩm	Đơn vị tính	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)
	Tổng cộng:											

Tổng số tiền bằng chữ:

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.

,ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY