

Đồng Hới, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Số: 335 /BVĐH

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp Nội sắc thuốc đông y phục vụ công tác KCB tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đồng Hới- tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ nội dung báo giá:

Được sỹ: Hoàng Văn Quý, P.Khoa Dược – VTTBYT; số điện thoại: 0973.756.125.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đồng Hới – Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2026 đến trước 17 giờ ngày 09 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	TÊN, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
	NỘI SẮC THUỐC ĐÔNG Y Model: VMST16
01	A. Cấu hình thiết bị: 1. Máy chính : 01 Máy 2. Phụ kiện tiêu chuẩn: - Nắp vung : 16 Nắp - Rọ đựng thuốc : 16 Rọ - +VMST16 : 01 Cái - Dây mát : 01 Quyển Hướng dẫn sử dụng a) Nội sắc thuốc được cấu tạo gồm: - Buồng sinh hơi và hồ sắc thuốc làm bằng thép không gỉ (INOX 304). - Các van lấy thuốc làm bằng đồng, hoặc Inox 304 - Vỏ nồi được làm bằng tôn sơn tĩnh điện. b) Hệ thống điều khiển áp lực trong buồng sinh hơi tự động. c) Hệ thống báo cạn nước tự động. d) Đồng hồ đo áp suất trực tiếp trong buồng sinh hơi.

- e) Hệ thống an toàn mở khi áp suất $\geq 1,5 \text{ Kg/cm}^2$.
- f) Nguồn điện: 3pha x 220VAC , 50/60 Hz.
- g) Ứng dụng: Dùng để sắc thuốc đông y.
- h) Thiết bị sử dụng bằng phương pháp đổ nước bằng tay.
- i) Hệ thống cắt điện tự động khi thiếu nước.
 - Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO13485:2016
 - Công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với thiết bị y tế loại A, B.

B. Thông số kỹ thuật:

- Số bếp	16 Bếp
- Nguồn điện cung cấp	3 pha x 220VAC 50/60 Hz $\pm 10\%$
- Áp lực hơi nấu thuốc	0,3 ÷ 1 Kg/cm ²
- Nhiệt độ làm việc	1050C ÷ 1160C
- Công suất tiêu thụ (Max)	9 Kw $\pm 10\%$
- Công suất trung bình	3 Kw
- Điện trở cách điện	$\geq 3 \text{ M}\Omega$
- Van an toàn mở	$\geq 1,5 \text{ Kg/cm}^2$.
- Đồng hồ chỉ thị áp lực	Có
- Hệ thống báo cạn nước	Tự động
- Bánh xe di chuyển nổi	Có
- Môi trường hoạt động	Nhiệt độ - 100C ÷ 400C, Độ ẩm $\leq 95\%$
- Vòi lấy thuốc ra	Inox SUS 304 hoặc đồng
- Trọng lượng	Xấp xỉ 90 Kg Xấp xỉ 110 Kg Xấp xỉ 130 Kg

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- HTM đầu thầu quốc giá
- Lưu VT, KD



Đỗ Minh Huệ



PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số /BVĐH ngày tháng năm 2026)
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:

TT	Tên hàng hóa mời chào giá	Tên thương mại chào giá	Yêu cầu kỹ thuật chào giá	Hãng - Nước SX	Model sản phẩm	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)	Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo ND98/2021	Phân loại TTBYT theo TT 05/2022/TT-BYT
	Tổng cộng:										

Tổng số tiền bằng chữ:

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.

Đồng Hới, ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

ML