

Số 7M /TMBG-BVĐH

Đồng Hới, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi : Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống ôxy trung tâm để kết nối, cung cấp ôxy cho các thiết bị như máy thở ôxy dòng cao và máy thở để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Nay bệnh viện thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau (có phụ lục chi tiết kèm theo).

- Thời gian báo giá : từ ngày 20/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022.

- Hình thức nộp : Nộp qua đường bưu điện. (Bệnh viện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện để thu các bản báo giá hợp lệ theo thời gian quy định)

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi báo giá đến Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, số 178 đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

(Mọi chi tiết xin liên hệ : ông Nguyễn Tuấn Hải, phòng KHTH-VTTBYT, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên lạc : 094141.1616.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web bệnh viện;
- Lưu VT; phòng KHTH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Minh Huệ



PHỤ LỤC

Kèm theo thư mời báo giá số 711 /TMBG-BVĐH ngày 19 tháng 5 năm 2022

Stt	Danh mục hàng	Mã hàng/ Model	Xuất xứ	Nhóm	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Bồn oxy hóa lỏng			6	Bồn	1			
	Thông tin chung:								
	Năm sản xuất: 2021 trở về sau								
	Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001								
	Thông số kỹ thuật:								
	Loại (Type): Đứng								
	Tổng dung tích : 4800 lít								
	Dung tích rỗng: 4320 lít								
	Tỉ lệ bốc hơi: 0.36%/ ngày								
	Áp suất làm việc: 1.6 Mpa								
	Kích thước: 2400x3936 mm								
	Vật liệu vỏ trong: S30408								
	Vật liệu vỏ ngoài: Q345R								
	Cấu hình bao gồm:								
	Bồn oxy hóa lỏng kèm dàn hóa hơi: 01 bộ								
	Bộ điều áp: 01 bộ								
	Bộ tiết kiệm oxy: 01 bộ								
2	Ổ khí oxy			6	Bộ	20			
	Thông tin chung:								
	Năm sản xuất: 2021 trở về sau								
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO13485, ISO 14001:2015 và ISO45001, EC								
	Thông số kỹ thuật:								
	Sử dụng chuyên biệt cho loại khí ôxy								

Md

	Sử dụng bi làm khoá giữ đầu cắm đực							
	Có chế độ khoá đầu cắm đực nhưng chưa cấp khí							
	Chuẩn cắm DIN							
	Áp lực làm việc: 5 bar							
	Cấu hình bao gồm:							
	Ổ khí oxy: 01 ổ							
3	Lưu lượng kế kèm bình làm ấm			6	Bộ	20		
	Thông tin chung:							
	Năm sản xuất: 2021 trở về sau							
	- Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485, CE							
	Thông số kỹ thuật:							
	Lưu lượng kế có mức điều chỉnh: 0 - 15 lít/phút							
	Bình làm ấm có dung tích: 200 ml							
	Chuẩn cắm DIN							
	Cấu hình bao gồm:							
	Lưu lượng kế: 01 bộ							
	Bình làm ấm: 01 bình							
4	Đầu cắm nhanh khí oxy			6	Chiếc	10		
	Thông tin chung:							
	Năm sản xuất: 2021 trở về sau							
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 9001, ISO 13485 và EC							
	Thông số kỹ thuật:							
	Đầu cắm nhanh chuẩn DIN cho khí oxy							
	Đánh dấu phân biệt bằng màu theo tiêu chuẩn							
	Cấu hình bao gồm:							
	Đầu cắm nhanh khí oxy: 01 chiếc							

5	Hệ thống Ống đồng			6				
	Năm sản xuất: 2021 trở về sau							
	Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001, ISO 13348							
	Chất liệu: đồng đỏ							
5.1	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D15				m	140		
5.2	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D22				m	65		
5.3	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D28				m	115		
6	Phụ kiện lắp đặt đường ống đồng							
6.1	Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D15				cái	45		
6.2	Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D22				cái	20		
6.3	Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D28				cái	38		
6.4	Cung cấp và lắp đặt tê đồng D15				cái	36		
6.5	Cung cấp và lắp đặt tê đồng D22				cái	2		
6.6	Cung cấp và lắp đặt tê đồng D28				cái	18		
6.7	Cung cấp và lắp đặt côn thu đồng D28-22				cái	18		
6.8	Cung cấp và lắp đặt côn thu đồng D22-15				cái	18		
6.9	Cung cấp và lắp đặt cút đồng D15				cái	90		
6.10	Cung cấp và lắp đặt cút đồng D22				cái	42		
6.11	Cung cấp và lắp đặt cút đồng D28				cái	24		
7	Van cách ly D28				chiếc	2		
8	Lắp đặt giá đỡ ống				cái	60		
9	Hộp nhựa 400x100 bảo vệ đường ống				m	160		
10	Chi phí kiểm định hệ thống				HT	1		
TỔNG CỘNG								

Ghi chú:

1. Giá chào hàng bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và lắp đặt.
2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ như đã chào giá.

thl