

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy cắt đốt điện, phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đồng Hới- tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ nội dung báo giá:

Dược sỹ: Hoàng Văn Quý, Phó khoa Dược – VTTBYT; số điện thoại: 0973.756.125.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đồng Hới – Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ ngày 09 tháng 07 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 19 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

ST T	Danh mục vật tư thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy cắt đốt điện	Máy điều khiển lưỡng bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi - Model: RFS-100A Cấu hình cơ bản: 1) Máy chính: 01 cái 2) Bộ điều khiển bằng chân : 01 cái 3) Bộ điều khiển lưu lượng nước muối: 01 cái 4) Cáp điều khiển lưu lượng : 01 cái 5) Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma : 01 cái - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE - Điện áp: 100-240VAC, 50/60Hz, 6.3A - Chế độ cắt: Ở chế độ cắt bỏ, khi cung cấp đủ năng lượng, dung dịch dẫn điện được chuyển thành lớp hơi (plasma) của hạt tích điện mang năng lượng - Chế độ đông máu (cầm máu): Ở chế độ đông máu, điện áp thấp hơn được đặt vào giữa (các) điện cực hoạt động và mô đích để làm đông mạch máu hoặc làm co mô collagen	Cái	1

	- Chế độ cắt Ablation sẽ tự động được hiển thị khi Máy được cấp nguồn với Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma được gắn vào hoặc khi Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma mới được kết nối. Bộ chỉ báo màu Vàng sẽ sáng khi chức năng cắt bỏ điều khiển bằng chân được ấn xuống khi gắn Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma - Chế độ đông máu: tự động được hiển thị khi Máy được kết nối với Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma được gắn vào. Bộ chỉ báo màu Xanh lam sẽ sáng khi chức năng Đông máu điều khiển bằng chân được ấn xuống khi gắn Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma - Khả năng đông máu có thể điều chỉnh: Chế độ đông máu tăng cường có thể cải thiện khả năng cầm máu bằng cách ấn Các nút - Mũi tên Tăng và Giảm để điều khiển Điểm đặt đông máu - Công tắc chân: Cấp độ bảo vệ: IPX7 - Chức năng tích hợp: Sử dụng trong các thủ thuật tai mũi họng, cột sống và nội soi khớp, nhiều chức năng: cắt bỏ (cắt bỏ huyết tương ở nhiệt độ thấp), cắt, đông máu và cầm máu - Công nghệ kiểm soát nhiệt độ: Sử dụng năng lượng lưỡng cực và cung cấp nước muối liên tục. Cho phép hình thành trường plasma ổn định xung quanh (các) Lưỡi bào, cắt, đốt ở nhiệt độ tương đối thấp (từ 40° đến 70°C) cho phép cắt bỏ mô mềm hiệu quả trong khi vẫn bảo toàn tính toàn vẹn của các mô khỏe mạnh xung quanh. - Bộ kiểm soát lưu lượng muối: Bộ điều khiển lưu lượng muối chạy đồng bộ với máy. Nó có thể được bật hoặc tắt tự động khi máy phát được kích hoạt hoặc dừng, để đảm bảo đủ nước muối cho quá trình phẫu thuật - Chỉ số hiệu suất: + Tần số: 100kHz + Nguồn đầu ra: MAX 390W@250Ω + Cắt đốt: Mức cài đặt 1-9 + Màn hình cảm ứng LCD 7 inch màn hình hiển thị các chế độ vận hành, điểm cài đặt Bộ điều khiển và thông báo lỗi - Khi lắp các đầu cắt khác nhau, máy chủ sẽ tự động xuất ra mức công suất tương ứng mà không cần điều chỉnh thủ công - Nhiệt độ làm việc được kiểm soát: 40-70°C - An toàn: Cung cấp năng lượng lưỡng cực giúp tăng cường khả năng kiểm soát và độ chính xác	
--	---	--



Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- Sở Y tế (Website)
- Lưu VT, KD





PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số /BVĐH ngày tháng 07 năm 2025)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:

TT	Tên hàng hóa mời chào giá	Tên thương mại chào giá	Yêu cầu kỹ thuật chào giá	Hãng - Nước SX	Model sản phẩm	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)	Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo ND98/2021	Phân loại TTBYT theo TT 05/2022/TT-BYT
	Tổng cộng:										

Tổng số tiền bằng chữ:

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.

Đồng Hới, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY