

Đồng Hới, ngày 30 tháng 8 năm 2024

Số: M48/BVĐH

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy đốt điện phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đức Ninh Đông- TP Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình

2. Thông tin liên hệ nội dung báo giá:

Dược sỹ: Hoàng Văn Quý, Phó khoa Dược – VTTBYT; số điện thoại: 0973.756.125.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đức Ninh Đông – Tp Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

ST T	Tên dụng cụ	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số Lượng
1	Máy đốt điện	DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN Model: Zeus -100 <u>Mô tả tóm tắt về nguyên lý hoạt động:</u> Một dòng điện khi được truyền qua mô sinh học (cơ thể người) sẽ tạo ra hiệu ứng nhiệt. Hiệu ứng nhiệt: ứng dụng để cắt, đốt, cầm máu... Theo cơ chế, Dòng điện < 100 ⁰ C gây bốc hơi tế bào làm tế bào co lại và cầm máu, Dòng điện > 100 ⁰ C làm vỡ tế bào và cắt. <u>Chức năng thân trong, cảnh báo và an toàn:</u> -Có 01 cầu chì bảo vệ đoạn mạch bên trong máy giúp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và máy. -Thận trọng khi sử dụng dao mổ điện phải kết nối đầy đủ các phụ kiện liên quan đến quá trình mổ. Khi sử dụng tấm bản cực phải luôn được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. -Cảnh báo khi tấm bản cực trung tính không tiếp xúc hoặc chưa cắm đúng vị trí. -Các chế độ làm việc được thiết kế tối ưu và cài đặt một cách khoa học để bác sỹ dễ thao tác. - Mode: Output power ZEUS-100	Hãng: ZERO NE Xuất xứ: HÀN QUỐC	Bộ	1

	+ Cắt tinh khiết: 100W/300Ω + Cắt hỗn hợp: 100W/300Ω + Hướng đông: 60W/300Ω + Đông lưỡng cực: 800W/100Ω + Tần số làm việc: 1.6 MHz + Nguồn: AC120V hoặc AC 230V, 50/60 Hz + Bảo vệ: lớp1, loại CF + Kích thước (WxDxH): 270x310x110 mm + Cân nặng: 6.0 Kg -Phụ kiện tiêu chuẩn Máy chính: 01 Cái Công tắc chân: 01 cái Tấm tiếp mát Silicone dùng nhiều lần: 01 Cái Dây tiếp mát: 01 Cái Tay đốt dùng 1 lần: 01 Cái Tay đốt đơn cực dùng nhiều lần 01 cái Bộ lưỡi dao: 01 bộ				
--	---	--	--	--	--




Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- Sở Y tế (Website)
- Lưu VT, KD

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Dương



PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1148 /BVĐH ngày 30 tháng 8 năm 2024)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:

STT	Mã hiệu sản phẩm	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		Tổng cộng							

Tổng số tiền bằng chữ:

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.

Đồng Hới, ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY