

Đồng Hới, ngày 18 tháng 9 năm 2026

Số: 1455/BVĐH

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua bổ sung hoá chất xét nghiệm – vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh Quý IV tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đồng Hới- Tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ nội dung báo giá:

- Họ tên: Hoàng Văn Quý
- Chức vụ: PT.Khoa Dược – VTTBYT
- Số điện thoại: 0973.756.125

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đơn vị quan tâm gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư- Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đồng Hới – Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 15 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2026 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hoá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
Phần 1. Vật tư y tế				
1	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml.	ống	10.000
2	Ống nghiệm Heparin VMA 2ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu.	ống	4.000
3	Phim X-quang nha khoa rửa nhanh	Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Không cần buồng tối. Cho hình ảnh chỉ sau 1 phút. Lưu giữ độ sắc nét trong suốt 10 năm. Quy cách đóng gói: 50 phim/ hộp	hộp	24
4	Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid	Sử dụng công nghệ Plasma nhiệt độ thấp giúp giảm tối đa tổn thương mô- Độ chính xác của lớp Plasma tập trung vào điện cực 100 micromet- Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C- Chiều dài: 125mm- đường kính đầu: 4.3/5.0mm- Góc đầu: 130-140 độ- Tích hợp đông máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả.- Đầu kết nối với máy thiết kế 8 chân- Tần số: 100kHz $\pm$ 10kHz- Điện năng: 65V-330V- Thiết kế đầu bề mặt lưỡi bào 3 dây giúp thao tác nhanh trong quá trình phẫu thuật, tích hợp chế độ hút trong quá trình cắt bỏ	cái	20
5	Merocel Standard Nasal Dressing	Miếng cầm máu mũi. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm. Có dây. Khả năng thấm hút cao lên tới 21 lần trọng lượng của nó trong chất lỏng. Xuất xứ: G7	Miếng	80
6	Vít xương cứng 3,5mm x 18mm	Chất liệu thép không gỉ Đường kính: 3,5 mm. Chiều dài: 18 mm.	cái	40
7	Mũi khoan cắt xương	Chiều dài tổng thể 25mm, 28mm	cái	100

ml

Phần 2: Hóa chất, vật tư cho xét nghiệm huyết học, đông máu, nước tiểu, miễn dịch

1	Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm	Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0%; Sodium hydrate < 2.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Lọ	12
2	Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số	Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2.6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg; Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg; diazonium salt 0.7mg; Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg; Nitrite: sulfanilamide 0.65mg; N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg; Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg; Bilirubin: 2.4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg; Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg; Glucose: glucose oxidase 6.2mg; peroxidase 2.8mg; 4-aminoantipyrine 0.08mg; Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg; sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg; Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg; 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Hộp	120
3	Dung dịch đệm cho máy miễn dịch	Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Hộp	1
4	Dung dịch rửa cho máy miễn dịch	- Mục đích sử dụng: Dung dịch cô đặc dùng để vệ sinh pipet mẫu trong quá trình phản ứng phát hiện chất đo cho xét nghiệm phát hiện chẩn đoán trong ống nghiệm. Thành phần chính: Natri Hydroxide (tên gọi khác của Sodium Hydroxide) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Hộp	1
5	Dung dịch pha loãng mẫu cho máy miễn dịch	Thành phần chính: NaCl buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Hộp	1

Handwritten signature and initials

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- HTM đấu thầu quốc gia
- Lưu VT, KD



Đỗ Minh Huệ

NGÀY

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ
của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế - hoá chất xét nghiệm:

STT	Tên hàng hoá	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật chào giá	Ký, mã, nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1											
2											
n	...										
Tổng cộng:											

Tổng số tiền bằng chữ:

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))